



2 août 2005

## **Retrait de lot du DM Prolongateurs linéaires PVC - DIDACTIC**

La société DIDACTIC a retiré du marché le 29 juillet 2005 le lot 5C du dispositif médical dénommé Prolongateurs linéaires PVC références PR150/A et PR200/A suite à la mise en évidence d'un défaut de collage entre l'embout luer lock femelle et la tubulure.

La société a prévenu directement les destinataires du lot incriminé à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>