



4 avril 2005

## **Retrait de lot de Stop-vac, valve d'arrêt de vide de la société EMP**

La société EMP a retiré du marché le 1er avril 2005 le lot A0403106 du dispositif médical dénommé Stop-vac, valve d'arrêt de vide, référence 200457 (distribuée par la société Asept InMed) suite à 2 signalements de dysfonctionnement de l'aspiration.

Le distributeur a prévenu directement les destinataires du lot incriminé à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Ce rappel concerne la France et la Grèce : l'autorité compétente grecque sera informée de cette mesure par l'AFSSAPS.

---

**Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.**

---

site - <http://www.hosmat.fr>