



4 novembre 2005

## Mise à jour de l'option moteur du microdescendeur microTargeting MEDTRONIC

La société MEDTRONIC informe les utilisateurs concernés de la mise à jour de l'option moteur du microdescendeur micro Targeting modèles MEDTRONIC 9033G0711 et 9033G0712 et FHC Inc. modèle FC1008-66 suite à un risque de dysfonctionnement pouvant affecter cette option.

Ce dispositif est utilisé en neurochirurgie.

Dans l'attente de cette mise à jour, des consignes décrites dans le courrier [ci-joint](#) doivent être respectées scrupuleusement (ce courrier validé par l'Afssaps a été envoyé directement aux utilisateurs concernés).

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>