



7 mars 2005

Retrait de lots de Clips résorbables ABSOLOK PLUS de la société ETHICON ENDO-SURGERY

La société ETHICON SAS procède au rappel de **lots** du dispositif médical Clips résorbables ABSOLOK PLUS de références AP100, AP200, AP300 et AP400 fabriqué par ETHICON ENDO-SURGERY (Etats-Unis) suite à la présence de déchirure(s) sur l'emballage susceptibles d'entraîner des problèmes de perte de stérilité des clips.

Les mêmes dispositifs médicaux produits par ETHICON GmbH (Allemagne) ne sont pas concernés par ce rappel.

L'industriel a prévenu directement les destinataires des lots incriminés au moyen du message.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées directement par l'industriel.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>