



7 juillet 2005

Retrait de lots de prothèses vasculaires Hemashield VANTAGE de la société BOSTON SCIENTIFIC

La société BOSTON SCIENTIFIC a retiré du marché le 5 juillet 2005 l'ensemble des lots des prothèses vasculaires Hemashield VANTAGE fabriquées ces deux dernières années suite à des signalements d'incidents dont 3 sont survenus après implantation.

La lettre d'information du rappel de la société et les recommandations de l'AFSSAPS sur le suivi des patients porteurs de ce dispositif, ont été adressées aux directeurs des établissements de santé concernés et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion.

Les autorités compétentes européennes concernées ont été informées par la société.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>