



7 octobre 2005

## **Retrait de lots de filtres VENATECH LP brachial de la société B.Braun**

La société B.Braun a retiré du marché le 6 octobre 2005 tous les lots "ancienne génération" du dispositif médical dénommé filtres VENATECH LP brachial référence 4435133 suite à des difficultés rencontrées lors de la pose d'un de ces dispositifs "ancienne génération".

En France, seuls les lots FO201720, FO262480, FO348010, FO358350, FO474690 sont concernés par cette mesure de rappel.

La société a prévenu directement les destinataires du lot incriminé à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>