



8 décembre 2005

Retrait de lots de filtre veine cave Greenfield de la société BOSTON SCIENTIFIC

La société BOSTON SCIENTIFIC a retiré du marché le 6 décembre 2005 les lots fabriqués avant le 10 mars 2004 (liste en [annexe](#)) du dispositif médical dénommé "filtre veine cave Greenfield en acier inoxydable" référence M001505010 suite à des signalements de détachement de la fixation entre la capsule contenant le filtre et le cathéter, pouvant entraîner un risque d'embolie pulmonaire, coronarienne ou carotidienne. Aucun cas n'a été rapporté en Europe à ce jour.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé, aux pharmaciens et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>