



9 juin 2005

Rappel de défibrillateurs externes automatiques AED 20 de la société Welch Allyn

L'AFSSAPS a été informée d'un rappel de défibrillateurs externes automatiques AED 20 effectué par la société Welch Allyn le 17 mai 2005 suite à un risque de défaillance du dispositif entraînant une absence d'analyse de l'électrocardiogramme du patient et un défaut de traitement du patient.

Les établissements de santé concernés ont reçu le courrier

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Cette information concerne les directeurs d'établissements de santé et les correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>