



14 février 2005

Information concernant les défibrillateurs implantables Marquis, société MEDTRONIC

En accord avec l'AFSSAPS, la société MEDTRONIC a diffusé le 11 février 2005 l'information concernant le suivi des patients porteurs de certains défibrillateurs cardiaques implantables Marquis munis de piles fabriquées avant décembre 2003 aux médecins assurant le suivi de ces patients ainsi qu'aux directeurs et aux correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par la société MEDTRONIC.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>