



14 avril 2005

## **Retrait de lots du DM lentilles souples FreshLook Radiance Moonlight - CIBA Vision**

Le 12 avril 2005, la société CIBA Vision a retiré du marché les lots 116417, 120450, 082869 du dispositif médical dénommé lentilles souples FreshLook Radiance Moonlight suite à de possibles différences entre la puissance réelle et la puissance indiquée sur l'étiquetage du packaging (-2.75D sur l'étiquette alors que la puissance réelle est de +3.00D).

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées directement par l'industriel.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>