



15 avril 2005

Retrait d'écrans ERLM flexibles pour système de numérisation Kodak Direct View CR500

La société Kodak procède au retrait et au remplacement des références et des codes produit (précisés en annexe) du dispositif médical dénommé écrans ERLM (Ecran Radio Luminescent à Mémoire) flexibles Kodak suite à un risque d'artefacts pouvant apparaître sur les images.

La société a prévenu directement les destinataires concernés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Les autorités compétentes européennes concernées seront informées de cette mesure par l'autorité compétente britannique.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>