



18 octobre 2005

## **Recommandations d'utilisation des systèmes de monitoring cardio-respiratoire** DM-RECO 05/04

Des signalements d'incidents ou de risques d'incidents relatant des dysfonctionnements d'alarme sur les systèmes de monitoring cardio-respiratoire sont fréquemment rapportés à l'AFSSAPS. Une étude approfondie de ces signalements a mis en évidence l'importance de la formation des utilisateurs sur le fonctionnement des alarmes de ces systèmes.

Les recommandations d'utilisation ont été élaborées avec des experts de la Commission nationale de matériovigilance.

Ces recommandations ont été adressées aux directeurs d'établissements de santé, à l'attention des correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>