



19 août 2005

Info/reco concernant les applicateurs de curiethérapie Delouche de la société Cis Bio

En accord avec l'AFSSAPS, la société Cis Bio international a informé le 17/08/2005 les utilisateurs d'applicateurs Delouche de recommandations d'utilisation suite à un cas de décollement d'un embout filleté.

Les établissements de santé concernés par les recommandations en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de curiethérapie.

Ce dispositif n'est distribué qu'en France et en Algérie.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>