



24 janvier 2005

## **Retrait de lots de cathéters veineux centraux de la société BECTON DICKINSON**

Le 21 janvier 2005, la société BECTON DICKINSON a retiré du marché toutes les références et tous les lots des dispositifs médicaux dénommés Cathéters Veineux Centraux BD Hydrocath, BD Careflow, BD Secalon Seldy et kits d'introduction percutanée BD Exacta suite au risque d'emballages imparfaitement scellés compromettant la stérilité du produit.

La société a prévenu directement les destinataires des références et des lots concernés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux pharmaciens et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion le cas échéant, à tous les services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>