



24 juin 2005

Retrait de lots d'introducteurs INTRADYN Tear Away de la société B.Braun

La société B.Braun a retiré du marché le 22 juin 2005 les lots et les références précisées en annexe du dispositif médical dénommé introducteur INTRADYN Tear Away suite à quelques signalements de pelabilité difficile.

La société a prévenu directement les destinataires du lot incriminé à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>