



28 septembre 2005

## **Information concernant les câbles Quik-Combo et palettes standard pour les moniteurs défibrillateurs externes Lifepak 12 Medtronic**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Medtronic a envoyé le 23 septembre 2005 aux utilisateurs de moniteurs défibrillateurs Lifepak 12 une information concernant les câbles de stimulation/défibrillation/thérapie Quik-Combo et des palettes standard.

Cette information rappelle les contrôles périodiques à effectuer sur ces dispositifs et indique qu'une action corrective visant à améliorer la durabilité des câbles et des palettes est en cours.

Les établissements de santé concernés par cette action corrective, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>