



8 août 2005

Recommandation concernant les matelas thérapeutiques Solvano de la société INVACARE

En accord avec l'AFSSAPS, la société INVACARE POIRIER a informé le 04/08/2005 les utilisateurs de matelas thérapeutiques Solvano de recommandations suite à de nombreux dysfonctionnements de la pompe, ayant provoqué à deux reprises le dégonflage complet du matelas.

Le fabricant a envoyé le courrier à ses distributeurs, qui l'adresseront à leurs clients concernés.

Ce dispositif n'est commercialisé qu'en France.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>