



19 décembre 2005

## Information sur les générateurs de dialyse Accura, Baxter

En accord avec l'AFSSAPS, la société Baxter a informé, le 16 décembre 2005, les utilisateurs de générateurs de dialyse Accura de recommandations relatives à leur utilisation en cas d'échec de l'autotest et d'apparition d'alarme de peson sans raison évidente.

Les établissements de santé concernés en France par cette information, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>