



3 août 2006

## **Retrait de lot du DM "Midas Rex Classic, GS et Legend" de la société Medtronic France**

La société Medtronic France a retiré du marché le 2 août 2006 tous les dispositifs médicaux dénommés "Midas Rex Classic, GS et Legend" dont le numéro de lot n'est pas souligné sur l'étiquette, suite à des réclamations concernant des emballages cassants.

Ce retrait constitue la 2<sup>ème</sup> phase du rappel volontaire démarré en septembre 2005.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant .

### **Code nomenclature :**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>