



4 août 2006

Retrait de lots des "cathéters intrathécaux modèle 8731" de la société Medtronic France

La société Medtronic France a retiré du marché le 3 août 2006 tous les lots dont la date limite d'utilisation est antérieure ou égale au 28 août 2006 du dispositif médical dénommé "cathéter intrathécal modèle 8731" qui n'ont pas été implantés, suite à 22 signalements rapportant un détachement de l'extrémité en platine iridié du cathéter sous l'action du fil guide lors de l'implantation sous contrôle médical.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>