



5 juillet 2006

## **Recommandations concernant les pompes accélératrices de perfusion TGV600 de la société GAMIDA**

En accord avec l'AFSSAPS, la société GAMIDA a diffusé le 04 Juillet 2006 des recommandations aux utilisateurs des pompes accélératrices de perfusion TGV 600 pour prévenir tout risque d'emballement.

Ces recommandations rappellent que ces pompes doivent être utilisées au bloc opératoire et faire l'objet d'une maintenance.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

**Code nomenclature : 32404**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>