



6 octobre 2006

Information concernant les centrales de surveillance S/5 iCentral de la société Datex-Ohmeda

En accord avec l'AFSSAPS, la société GE Healthcare a informé le 4 octobre 2006, les utilisateurs de la centrale de surveillance S/5 iCentrale de la société Datex-Ohmeda interfacée avec des moniteurs Dash et/ou Solar et/ou Eagle de la mise en place d'une action corrective . Cette action corrective ne concerne que les centrales de surveillances commercialisées entre le 8 août 2005 et le 2 novembre 2005.

Les deux établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier à l'attention des directeurs d'établissements de santé et des correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informés de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 15998

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>