



7 août 2006

## **Information concernant les stimulateurs cardiaques implantables Stratos LV-T, BIOTRONIK**

En accord avec l'Afssaps, la société BIOTRONIK a informé, le 4 août 2006, l'établissement de santé concerné en France d'un risque de dysfonctionnement de certains stimulateurs cardiaques implantables Stratos LV-T.

L'établissement de santé concerné en France par cette information, a reçu le courrier, à l'attention du directeur d'établissement et du correspondant local de matériovigilance pour diffusion au médecin assurant le suivi du patient porteur de ce stimulateur.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par la société BIOTRONIK

**Code nomenclature : 40302**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>