



10 juillet 2006

Retrait de lots d'endoprothèses pour artère carotide de la société Boston Scientific.

La société Boston Scientific a retiré du marché le 6 juillet 2006 plusieurs lots de certaines références du dispositif médical dénommé " Carotid Wallstent TM Monorail TM - endoprothèse pour artère carotide" suite à 26 signalements rapportant l'impossibilité de rincer le dispositif lors de la purge de l'instrument.

La société a prévenu directement les destinataires des références et des lots concernés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>