



11 avril 2006

Retrait de lots d'endoprothèses périphériques ABSOLUTE de la société GUIDANT

La société GUIDANT retire du marché tous les lots du dispositif médical dénommé "systèmes d'endoprothèses périphériques ABSOLUTE .035 serties sur un système de pose de longueur 135 cm" suite à des difficultés de déploiement.

La société a prévenu directement les destinataires des références incriminées à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 40303

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>