



15 février 2006

## **Recommandations concernant les laveurs-désinfecteurs ETD3 PLUS APA de la société Olympus**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Olympus a informé le 13/02/2006 les utilisateurs de laveurs-désinfecteurs d'endoscopes "ETD3 PLUS APA", de recommandations d'utilisation et d'une mise à jour du parc suite à des incidents concernant une contamination de l'eau de rinçage final par des micro-organismes.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#), à l'attention des directeurs et des correspondants de matériovigilance.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette information par le fabricant.

**Code nomenclature : 48602**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>