



16 août 2006

Information concernant les kits de suppléance hépatique MARS TERAKLIN - société GAMBRO

L'AFSSAPS a été informée de la diffusion le 08/08/2006 d'une note d'information émise par la société GAMBRO sur des risques de fuites de dialysat albumine identifiés sur les systèmes de traitement Mars.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier .

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>