



17 juillet 2006

Informations / Recommandations concernant le nettoyage et la désinfection des endoscopes

Suite à une non-désinfection du canal auxiliaire d'un coloscope nouvellement mis en service lors d'une procédure de désinfection par un laveur-désinfecteur d'endoscope, un rappel des recommandations relatives à la désinfection des endoscopes a été élaboré par l'AFSSAPS.

Les établissements de santé concernés par ces recommandations, en France, ont reçu le courrier .

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services pratiquant des endoscopies, au CLIN, à l'équipe opérationnelle d'hygiène, à la pharmacie et au service technique ou biomédical.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>