



17 août 2006

Retrait de lots des micro-cathéters préformés PROWLER et PROWLER SELECT de la société CORDIS

La société CORDIS SAS a retiré du marché le 14 août 2006 les lots mentionnés dans le message joint, des dispositifs médicaux dénommés micro-cathéter préformé PROWLER et micro-cathéter préformé PROWLER SELECT suite à découverte de perforation ou de déchirure au niveau de leur conditionnement pouvant compromettre la stérilité de ces dispositifs.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>