



19 juin 2006

Retrait de lots de tubulures pour insufflateur de la société STRYKER.

La société STRYKER a retiré du marché le 15 juin 2006 les lots des références précisés dans le message en annexe, du dispositif médical dénommé "tubulures à usage unique pour insufflateur 20 l" (utilisé en coelioscopie) suite à la possibilité de micro-trous dans le conditionnement induisant le risque de non stérilité.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé, aux pharmaciens et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>