



21 février 2006

Retrait de lots de Pincés de coagulation bipolaires Valleylab - Tyco Healthcare

La société Tyco Healthcare a retiré du marché le 20 février 2006, les lots et références cités dans le courrier en annexe du dispositif médical dénommé Pincés de coagulation bipolaires Valleylab.

Cette mesure fait suite à des signalements faisant état d'une oxydation des parties métalliques argentées (extrémités distales et connecteur) des pincés après restérilisation.

La société a prévenu directement les destinataires du lot incriminé à l'aide du message ci-joint validé par l'AFSSAPS.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure directement par l'industriel.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>