



23 mars 2006

## Information sur certaines potences murales porte-sérum de la société Air Liquide Santé

En accord avec l'AFSSAPS, la société Air Liquide Santé a informé le 21 mars 2006 les utilisateurs de potences murales porte-sérum, de certaines références, d'un risque de rupture de ces potences.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier **ci-joint** à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes n'ont pas été informées de cette mesure, la France étant le seul pays concernés par cette recommandation.

### Code nomenclature :

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>