



25 avril 2006

Informations sur les prothèses de genou Profix et l'instrumentation associée- Smith&Nephew

En accord avec l'AFSSAPS, la société Smith&Nephew a informé depuis le 18 avril 2006 les utilisateurs de prothèses de genou Profix des incidents de dévissage survenus suite à l'utilisation de ce dispositif.

Les établissements de santé, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services d'orthopédie.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

Code nomenclature : 40901

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>