



4 avril 2006

Recommandation concernant les électrodes pour arthroscopie VAPR, division Depuy-Mitek

En accord avec l'AFSSAPS, la société ETHICON division DEPUY-MITEK a informé le 3 avril 2006 les utilisateurs d'électrodes de bistouri pour arthroscopie VAPR référence 225301 et 225302 de recommandations d'utilisation, pour prévenir la survenue de ruptures d'électrodes dans l'articulation.

Les établissements de santé concernés par ces recommandations, en France, ont reçu le courrier à l'attention des correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de chirurgie arthroscopique.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

Code nomenclature : 36361

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>