



7 avril 2006

Retrait de lots d'implants de réfection de paroi Bard Composix Kugel Large

La société Bard France a retiré du marché le 5 avril 2006 les références et les lots précisés dans le message de rappel du dispositif médical dénommé "implants de réfection de paroi Bard Composix Kugel Large" suite à plusieurs cas de rupture de l'anneau.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>