



17 mars 2006

Retrait de lots de seringue de nutrition entérale de 50 ml de la société CAIR LGL

La société CAIR LGL retire du marché les lots 06B14-NO et 06B21-NO du dispositif médical dénommé "seringue de nutrition entérale de 50 ml à connexion en T non luer" référence SE50 suite à des réclamations rapportant un blocage de la seringue dans le pousse-seringue au cours de l'utilisation.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Ce rappel ne concerne que la France.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>