



17 mars 2006

Recommandations concernant les pompes à perfusion de la série G 9000 de la société Smiths

En accord avec l'AFSSAPS, la société SMITHS a communiqué le 16/03/2006 aux utilisateurs de pompes à perfusion ambulatoires de la série Graseby 9000- 9300, des recommandations d'utilisation et de maintenance, suite à des cas de perfusion par gravité et des cas de bolus involontaires.

Les établissements de santé et prestataires concernés par ces recommandations, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Un [courrier spécifique](#) à destination du personnel paramédical libéral intervenant à domicile a été rédigé pour diffusion par les prestataires.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées par l'AFSSAPS.

Code nomenclature : 32404

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>