



17 juillet 2006

Retrait de lots de dispositifs de mésothérapie de la société MESALYSE.

Suite à une inspection en juin 2006, l'Afssaps a demandé à la société MESALYSE de procéder au rappel de tous les lots des dispositifs médicaux dénommés "aiguilles, seringues et multi-injecteurs pour mésothérapie" (dont les références sont précisées dans le message de rappel) suite à l'absence de marquage CE de ces produits.

La société a prévenu directement les destinataires concernés (médecins et distributeurs) à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Les autorités compétentes européennes concernées seront informées de cette mesure par l'Afssaps.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>