



1er juin 2007

Retrait de tous les lots de solution COMPLETE MOISTURE PLUS - AMO

Alerte n° : DM 07 / A17

AMO rappelle volontairement des solutions d'entretien COMPLETE® MoisturePLUS.

Ce rappel fait suite à un rapport du CDC américain (Center of Disease Control and Prevention), où le risque de kératite à Acanthamoeba (amibe courante de l'eau) pour les utilisateurs de cette solution est estimé sept fois plus important (2 cas par million) que pour les non utilisateurs.

Bien qu'aucune contamination du produit n'ait été établie à ce jour, et que le risque d'infection soit très faible, AMO, par mesure de précaution, recommande aux patients de changer de solution d'entretien dans l'attente d'informations complémentaires.

Ce rappel ne concerne pas les autres produits d'AMO. Les autorités compétentes ont été informées par la société.

Ce message s'adresse aux pharmaciens d'officines, aux ophtalmologistes et aux opticiens

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>