



2 mars 2007

Rappel de lots de Dispositif Sécurité de vide direct SV 33 - AGA MEDICAL

Le 28/02/07, la société AGA MEDICAL a procédé au rappel des lots 2060114 (fabriqué le 06/01/06), 2060472 (fabriqué le 27/01/06), 2060473 (fabriqué le 27/01/06), 2061261 (fabriqué le 14/03/06), 2064111 (fabriqué le 25/09/06) du dispositif médical dénommé "Dispositif Sécurité de vide direct SV 33, réf. R311044", en raison d'un risque de blocage du système d'aspiration par la bille de sécurité composant du système anti-débordement.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion le cas échéant aux services concernés.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>