



2 juillet 2007

## **Retrait de lots de cupules blindées PHARO par la société FH ORTHOPEDICS**

La société FH ORTHOPEDICS a retiré du marché le 29 juin 2007 tous les lots du dispositif médical dénommé "cupules blindées PHARO" fabriquées par FH INDUSTRIE suite à des réclamations rapportant un problème de mauvaise insertion de l'insert en polyéthylène dans la cupule en métal rendant l'insertion de la bague de verrouillage impossible.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant, aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées seront informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

### **Code nomenclature :**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>