



4 juin 2007

Recommandation concernant les laveurs-désinfecteurs d'endoscopes Adaptascope - Ethicon

En accord avec l'AFSSAPS, la division ASP de la société Ethicon, a informé le 30/05/2007 les utilisateurs des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes Adaptascope de recommandations concernant la filtration et la pré-filtration.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu, en fonction de la génération de leur dispositif, l'un des deux courriers ci-joints à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services d'endoscopie.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Courriers joints :

- numéros de série inférieurs à 005-542
- numéros de série inférieurs à 006-202

Code nomenclature : 48602

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>