



7 juin 2007

Rappel de lot du kit Amplatz Goose Neck Snare - EV3

La société EV3 a retiré du marché le 06/06/07 le lot 1650307 du dispositif médical dénommé kit Amplatz Goose Neck Snare référence GN3000 suite à la présence dans le kit d'un cathéter 4 French au lieu d'un cathéter 6 French.

La société a prévenu directement les destinataires du lot incriminé à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant, aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>