



8 août 2007

Information concernant les logiciels de radiothérapie IMPAC Multi-Access et Mosaïq - ELEKTA

L'AFSSAPS a été informée de la diffusion par la société Elekta le 30 juillet 2007 d'une information concernant les logiciels d'oncologie IMPAC Multi-access et Mosaïq, suite à l'identification par un utilisateur d'un risque potentiel lié à une mauvaise prise en compte par ces logiciels de la virgule dans les nombres décimaux.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France , ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de radiothérapie.

Les autres autorités compétentes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>