



12 avril 2007

Rappel de lots de guides MicroTherapeutics SilverSpeed .010 - EV3

La société EV3 a retiré du marché le 11/04/07 les lots précisés en annexe, du dispositif médical dénommé guide MicroTherapeutics SilverSpeed .010. référence 103-0601-200 suite à la dégradation, sur quelques unités de ces lots, du revêtement hydrophile.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant, aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>