



14 août 2007

## Information concernant la centrale de surveillance CIC Pro v4.1 - GEHealthcare

En accord avec l'AFSSAPS, la société GEHealthcare a informé le 10 août 2007 les utilisateurs de centrales de surveillance CIC Pro version 4.1 de recommandations d'utilisation, suite à l'identification d'un risque de réinitialisation et de perte des alarmes sonores.

Ces recommandations sont données dans l'attente d'une mise à jour du logiciel corrigeant le problème.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

### Code nomenclature :

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>