



16 mai 2007

Retrait de lots d'électrodes Serfas de la société STRYKER

La société STRYKER a retiré du marché le 15 mai 2007 les lots 06361AE2 à 07044AE2 du dispositif médical dénommé "électrodes Serfas 90 3,5 mm avec aspiration" référence 0279351100 utilisées en arthroscopie suite à un risque de court-circuit lié à une fuite de liquide au niveau de la pièce à main.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé, aux correspondants locaux de matériovigilance et aux pharmaciens pour diffusion, le cas échéant, aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>