



25 juillet 2007

Information concernant les sets de pression - Société Smiths Medical

L'AFSSAPS a diffusé le 25/07/2007 aux correspondants locaux de matériovigilance une **information** concernant les sets de pression de la société Smiths Medical pour mesure de la pression invasive référencés MX 9504, MX9604, MX9605 et MX9622 suite à plusieurs cas de rupture de ces sets au niveau de l'un des deux robinets.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>