



26 juillet 2007

Recommandation d'utilisation du pack batterie externe pour ventilateur Eole - Société ResMed

En accord avec l'AFSSAPS, la société ResMed a informé le 24/07/2007 les prestataires de soins à domicile distribuant les packs batteries externes et chargeurs pour Eole, ventilateurs pour usage à domicile, de recommandations importantes d'utilisation suite à 2 incidents ayant entraîné la fonte de la batterie avec dégagement de fumée.

Les prestataires de services de soins à domicile concernés par cette mesure, en France, ont reçu le courrier accompagné de recommandations pour diffusion aux utilisateurs de ces packs et chargeurs.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 32251

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>