



31 mai 2007

## **Rappel de lots de cassettes de pompes à perfusion Cadd - SMITHS MEDICAL**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Smiths Medical a informé le 26 mai 2007 les utilisateurs de pompes à perfusion Cadd du rappel des cassettes dont le numéro de lot se termine par "X16".

Ce rappel avait été effectué pour la perfusion de Flolan\* le 6 avril 2007

Des investigations complémentaires ont montré un risque de modification du pH de plusieurs autres solutions perfusées.

Les prestataires et les établissements de santé concernés par ce rappel, en France ont reçu le courrier voir PJ

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

**Code nomenclature : 32404**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>